

SCHILLER MEDICAL  
4, rue Louis Pasteur  
67160 Wissembourg – França

**SCHILLER**  
**MEDICAL**

Telefone +33 (0) 3 88 63 36 00

Fax +33 (0) 3 88 94 12 82

Internet: <http://www.schiller-medical.com>

Email: [info@schiller.fr](mailto:info@schiller.fr)

## DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE COM A DIRETIVA 2014/53/EU

**Ficheiro N°: CE ARE 0134**

### PRODUTO

**Nome** : FRED PA-1 Trainer

**Função** : Simulador do defibrilador FRED PA-1 para treinamento

**Número** : **Composição do número 13499asxxxx**  
**a** : Último dígito do ano de fabrico  
**s** : Número de série do aparelho  
**xxxx** : Número da unidade

### FABRICANTE

Endereço do fabricante: SCHILLER MEDICAL  
4, rue Louis Pasteur  
67160 Wissembourg

## PROVA DE CONFORMIDADE COM AS PRINCIPAIS EXIGÊNCIAS DA DIRETIVA APLICADA

### Diretiva 2014/53/UE

Normas para EMC: EN 61000-6-1 EN 61000-6-3 EN 55032

ETSI EN 301 489-1 v2.1.1

ETSI EN 301 489-17 v3.1.1

Normas para Rádio:

EN 62311

ETSI EN 300 328 v2.1.1

Normas para Segurança elétrica: IEC 61010-1 (EN 61010-1)

### COMPROMISSO

Esta declaração de conformidade é emitida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante.

Na qualidade de responsável pelos Assuntos Regulamentares na SCHILLER MEDICAL, a abaixo assinada certifica que:

- O produto acima cumpre as principais exigências estabelecidas na Diretiva 2014/53/UE, Artigo 3°.
- O selo CE será afixado de acordo com a diretiva aplicada.

Wissembourg, 08 de julho de 2020.

**SCHILLER MEDICAL**

4 rue Louis Pasteur

67160 WISSEBOURG | FRANCE

Tél: +33(0) 3 88 63 36 00

Valérie ENGEL  
Gerente de Assuntos Regulamentares



**THE ART OF DIAGNOSTICS**

SCHILLER MEDICAL  
4, rue Louis Pasteur  
67160 Wissembourg – França

Telefone +33 (0) 3 88 63 36 00

Fax +33 (0) 3 88 94 12 82

Internet: <http://www.schiller-medical.com>

Email: [info@schiller.fr](mailto:info@schiller.fr)

**SCHILLER**  
**MEDICAL**

SCIENTIFIC MEDICAL EQUIPMENT  
SOLUTIONS FOR THE  
DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC  
SECTOR



**THE ART OF DIAGNOSTICS**