

SCHILLER MEDICAL  
4, rue Louis Pasteur  
67160 Wissembourg – Frankrike

**SCHILLER**  
**MEDICAL**

Telefon +33 (0) 3 88 63 36 00

Fax +33 (0) 3 88 94 12 82

Webbsida: <http://www.schiller-medical.com>

E-post: [info@schiller.fr](mailto:info@schiller.fr)

## EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE MED DIREKTIV 2014/53/EU

**Dokumentnr: CE ARE 0134**

### PRODUKT:

**Namn:** FRED PA-1 Trainer

**Funktion:** Simulator av defibrillatorn FRED PA-1 för utbildningssyfte

Nummer: **Numrets sammansättning 13499asxxxx**

**a: Sista numret är tillverkningsåret**

**s: Produktens serienummer**

**xxxx: Enhetsnummer**

### TILLVERKARE

Tillverkarens adress

SCHILLER MEDICAL  
4, rue Louis Pasteur  
67160 Wissembourg

## INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE MED DE VÄSENTLIGA KRAVEN I DET RELEVANTA DIREKTIVET

### Direktiv 2014/53/EU

EMC-standarder: EN 61000-6-1 EN 61000-6-3 EN 55032

ETSI EN 301 489-1 v2.1.1  
ETSI EN 301 489-17 v3.1.1

Radiostandarder:

EN 62311  
ETSI EN 300 328 v2.1.1

Elsäkerhetsstandarder:

IEC 61010-1 (EN 61010-1)

## FÖRSÄKRAN


Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar.

Som efterlevnadsansvarig hos SCHILLER MEDICAL intygar jag härmed att:

- Den ovannämnda produkten uppfyller de väsentliga kraven i direktivet 2014/53/EU, artikel 3.
- Produkten kommer att CE-märkas i enlighet med det relevanta direktivet.

Wissembourg, 8 juli 2020.

**SCHILLER MEDICAL**  
4 rue Louis Pasteur  
67160 WISSEMBOURG FRANCE  
Tél: +33 (0) 3 88 63 36 00  
Valérie ENGEL  
Efterlevnadsansvarig



**THE ART OF DIAGNOSTICS**

