

Телефон +33 (0) 3 88 63 36 00

Факс +33 (0) 3 88 94 12 82

Уебсайт : <http://www.schiller-medical.com>

Имейл : info@schiller.fr

ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2014/53/ЕС

Файл № : CE ARE 0134

ПРОДУКТ

Наименование : FRED PA-1 Trainer

Функция : Симулатор на дефибрилатора FRED PA-1 за обучение

Номер : Състав на номера 13499asxxxx

a : Последна цифра на годината на производство

s : Сериен номер на изделието

xxxx : Номер на устройството

ПРОИЗВОДИТЕЛ

Адрес на производителя: SCHILLER MEDICAL
4, rue Louis Pasteur
67160 Wissembourg

ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ИЗПОЛЗВАНАТА ДИРЕКТИВА

Директива 2014/53ЕС

Стандарти за EMC: EN 61000-6-1 EN 61000-6-3 EN 55032

ETSI EN 301 489-1 v2.1.1

ETSI EN 301 489-17 v3.1.1

Стандарти за радиосъоръжения : EN 62311

ETSI EN 300 328 v2.1.1

Стандарт за електрическа безопасност: IEC 61010-1 (EN 61010-1)

АНГАЖИМЕНТ

Тази декларация за съответствие се издава на отговорност единствено на производителя.

Като отговорник за регулаторните въпроси в SCHILLER MEDICAL, с настоящото потвърждавам, че:

- Горепосоченият продукт изпълнява основните изисквания, определени в Директива 2014/53/ЕС, Член 3.
- CE етикетирването ще бъде фиксирано в съответствие с използваната директива.

Висембург, 08 юли, 2020 г.

SCHILLER MEDICAL

4 rue Louis Pasteur

67160 WISSENBURG | FRANCE

Валери ЕНФЕЛ

Мениджър по регулаторните въпроси



THE ART OF DIAGNOSTICS

