

SCHILLER MEDICAL
4, rue Louis Pasteur
67160 Wissembourg – France

SCHILLER
MEDICAL

Puhelin +33 (0) 3 88 63 36 00

Faksi +33 (0) 3 88 94 12 82

Internet : <http://www.schiller-medical.com>

Sähköposti: info@schiller.fr

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS DIREKTIIVIN 2014/53/EU MUKAISESTI

Tiedostonro: CE ARE 0134

TUOTE

Nimi: FRED PA-1 Trainer

Toiminto: Defibrillaattorin FRED PA-1 simulaattori koulutusta varten

Numero: Numeron 13499asxxxx koostuminen
a Valmistusvuoden viimeinen numero
s Laitteen sarjanumero
xxxx Laitenumero

VALMISTAJA

Valmistajan osoite: SCHILLER MEDICAL
4, rue Louis Pasteur
67160 Wissembourg

TODISTUS VAATIMUSTENMUKAISUUDESTA SOVELLETUN DIREKTIIVIN OLENNAISTEN VAATIMUSTEN OSALTA

Direktiivi 2014/53/EU

EMC-standardit: EN 61000-6-1 EN 61000-6-3 EN 55032
ETSI EN 301 489-1 v2.1.1
ETSI EN 301 489-17 v3.1.1
Radiostandardit : EN 62311
ETSI EN 300 328 v2.1.1
Sähköturvallisuusstandardit: IEC 61010-1 (EN 61010-1)

VAKUUTUS

Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Sääntelytoiminnasta SCHILLER MEDICAL -yhtiössä vastaavana vakuutan, että:

- Yllä mainittu tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU 3. artiklassa asetetut olennaiset vaatimukset.
- CE-merkintä kiinnitetään sovelletun direktiivin mukaisesti.

Wissembourg, 8.7.2020.

SCHILLER MEDICAL
4 rue Louis Pasteur
67160 WISSEMBOURG | FRANCE
TÄL: +33 (0) 3 88 63 36 00

Valérie Engel
Regulatory Affairs manager (sääntelytoiminnasta vastaava johtaja)



THE ART OF DIAGNOSTICS

