

Telefón +33 (0) 3 88 63 36 00

Fax +33 (0) 3 88 94 12 82

Internet : <http://www.schiller-medical.com>

Email : [info@schiller.fr](mailto:info@schiller.fr)

## VYHLÁSENIE EÚ O ZHODE SO SMERNICOU 2014/53/EÚ

**Súbor č.: CE ARE 0134**

### VÝROBOK

**Názov** : FRED PA-1 Tréner

**Funkcia** : Simulátor defibrilátora FRED PA-1 na výcvik

**Číslo** : Zloženie čísla 13499asxxxx

**a** : Posledné číslo roku výroby

**s** : Sériové číslo zariadenia

**xxxx** : Číslo prístroja

### VÝROBCA

Adresa výrobcu: SCHILLER MEDICAL  
4, rue Louis Pasteur  
67160 Wissembourg

## DÔKAZ ZHODY S HLAVNÝMI POŽIADAVKAMI POUŽITEJ SMERNICE

### Smernica 2014/53/EÚ

Normy pre EMC: EN 61000-6-1 EN 61000-6-3 EN 55032

ETSI EN 301 489-1 v2.1.1

ETSI EN 301 489-17 v3.1.1

Normy pre rádiové vysielanie: EN 62311

ETSI EN 300 328 v2.1.1

Norma pre elektrickú bezpečnosť: IEC 61010-1 (EN 61010-1)

## VYHLÁSENIE

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Ako osoba zodpovedná za regulačné záležitosti pre SCHILLER MEDICAL týmto potvrdzujem, že:

- Uvedený výrobok spĺňa hlavné požiadavky stanovené v článku 3 smernice 2014/53/EÚ.
- Označenie CE bude stanovené v súlade s použitou smernicou.

Wissembourg, 8. júl 2020.

**SCHILLER MEDICAL**

4 rue Louis Pasteur  
67160 WISSEMBOURG - FRANCE  
Tél: +33 (0) 3 88 63 36 00

Valérie ENGEL  
Správca regulačných záležitostí



**THE ART OF DIAGNOSTICS**

